



Title	酵素免疫測定法による血清遊離型トリヨードサイロニン測定法の開発と臨床検査への応用
Author(s)	畑, 直成
Citation	大阪大学, 1987, 博士論文
Version Type	
URL	https://hdl.handle.net/11094/35300
rights	
Note	著者からインターネット公開の許諾が得られていないため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、 ＜a href="https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed">https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed >大阪大学の博士論文についてをご参照ください。

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

氏名・(本籍)	はた 畑	なお 直	いげ 成
学位の種類	医	学	博 士
学位記番号	第	7 6 7 3	号
学位授与の日付	昭和 62 年 3 月 26 日		
学位授与の要件	医学研究科内科系専攻 学位規則第 5 条第 1 項該当		
学位論文題目	酵素免疫測定法による血清遊離型トリヨードサイロニン測定法の開発と臨床検査への応用		
論文審査委員	(主査) 教 授 宮 井 潔		
	(副査) 教 授 熊 原 雄 一 教 授 薮 内 百 治		

論文内容の要旨

〔目 的〕

甲状腺ホルモンの一つであるトリヨードサイロニン (T_3) は、血中ではその大部分が甲状腺ホルモン結合蛋白と結合し、ごく一部が遊離型 T_3 (Free T_3) となって活性を持つものと考えられている。Free T_3 の測定法としては従来、平衡透析法等が知られていたが、操作が複雑で臨床検査として不向きであり、又最近登場してきたラジオイムノアッセイ法 (RIA) も、ラジオアイソトープ (RI) を使う上、アルブミンの影響を受けるのが大きな欠点である。そこで本研究では、RI を使わず、しかもアルブミンの影響を受けない Free T_3 の酵素免疫測定法 (EIA) を開発して臨床検査としての応用を行った。

〔材料ならびに方法〕

Galactosidase 標識 T_3 (Gal- T_3) : T_3 と β -D-galactosidase を maleimide 法で結合させて作製した。 T_3 抗体 : Carbodiimide 法で結合させた T_3 と牛血清アルブミンとの結合体で家兎を免疫して T_3 抗体を得、これをマイクロビーズに固相化したものを用いた。標準 Free T_3 血清 : 血清からチャコール法で T_3 を除き、標準 T_3 を添加して平衡透析法で calibrate して作製した。測定操作 : 血清 10 μ l, Gal- T_3 50 μ l, ビーズ固相化 T_3 抗体 500 μ l を混合し、室温 16 時間反応させた後、ビーズを 2 回洗浄し、基質として o-nitrophenyl- β -D-galactopyranoside を加え 37°C 2 時間反応させ、遠心し上澄液の吸光度を 405nm で測光した。

〔成績ならびに考察〕

1. サイロキシン結合グロブリン (TBG) との結合 : 血清に Gal- T_3 (比較として 125 I 標識 T_3) を加え反応させた後、TBG 抗体と第 2 抗体を加えて検討したところ TBG との結合率は 125 I 標識 T_3 の

場合が15.4%であったのに対しGal-T₃との結合率は僅か0.2%で無視し得る程度であった。

2. アルブミンの影響：Gal-T₃（比較として¹²⁵I標識T₃、¹²⁵I標識T₃誘導体）とビーズ固相化T₃抗体を反応させた後、アルブミン（最終濃度：3.5～60 g/l）を加え各種標識T₃と抗体との結合率に対する影響をみた。¹²⁵I標識T₃では8.0%、¹²⁵I標識T₃誘導体では8.0%と大きく変化したGal-T₃の場合は僅か1.6%であった。以上の結果は本EIAではTBGやアルブミンの影響を殆ど受けない事を示している。
3. 感度・再現性：測定可能領域は0.7～26 ng/lで、測定内及び測定間変動係数はそれぞれ平均6.1%及び9.5%と良好であった。
4. RIAとの比較：アルブミンに異常がない血清検体58例についてRIAと本EIAによる測定値を比較すると両者の間には良好な相関関係があった。（r=0.88）
5. 各種臨床検体のFree T₃濃度：Free T₃の成人正常値は1.9～8.9 ng/l、甲状腺機能亢進症は11.5～26 ng/l以上と高く、甲状腺機能低下症は0.7～4.7 ng/lと正常ないし低く、TBG減少症は4.2～6.6 ng/l、TBG増加症は2.4～7.9 ng/lと正常範囲であった。

正常妊婦のFree T₃濃度を測定したところ、RIAでは妊娠の進行に伴い減少を示した（前期：3.4±0.3 ng/l、中期：2.7±0.6 ng/l、後期：2.3±0.4 ng/l）のに対し平衡透析法（前期：3.0±0.6 ng/l、中期：2.9±0.5 ng/l、後期：2.9±0.6 ng/l）と本EIA（前期：5.4±0.5 ng/l、中期：5.5±0.6 ng/l、後期：5.2±0.8 ng/l）では変動を示さなかった。これらの検体のアルブミン濃度を測定したところ、妊娠の進行に伴う減少が見られ、RIAによるFree T₃濃度との間に有意の相関が見られたのに対し、平衡透析法や本EIAで測定したFree T₃とは相関しなかった。このことから、妊娠中のFree T₃は本来不変と考えられ、RIAによるFree T₃値の減少はアルブミンの減少による見かけ上のものと思われる。

[総括]

1. 酵素免疫測定法（EIA）による血清中遊離型トリヨードサイロニン（Free T₃）測定法を開発した。
2. 本EIAはRIAで問題となったアルブミンの影響をほとんど受けなかった。
3. 本EIAはラジオアイソトープを用いず、操作も簡単で、感度、再現性も良好であり臨床検査法として適していると考えられた。
4. 正常値1.9～8.9 ng/lで甲状腺機能亢進症で高値、低下症でやや低値、TBG増加または減少症では正常範囲であった。
5. RIAによる正常妊婦のFree T₃濃度は妊娠経過に伴い減少するとされていたが、それはアルブミンの減少に伴う見かけ上のもので、本EIAによりFree T₃濃度は前期、中期、後期とも差がないことが示された。

論文の審査結果の要旨

生物学的活性を有する遊離型トリヨードサイロニン (Free T_3) の測定は、臨床的に非常に重要であるにもかかわらず、従来の平衡透析法、RIA法等は、繁雑あるいはアルブミンなどの甲状腺ホルモン結合蛋白の干渉を受けるという大きな欠点があったので、本研究では新たに酵素免疫測定法を開発した。本法は β -D-galactosidase標識酵素を用いているので、甲状腺ホルモン結合蛋白の干渉を受けず、再現性もよく、一般検査で施行できるなど、臨床検査として優れた方法であり、実際に甲状腺機能の鑑別が可能であった。又、従来RIA法で報告されていた妊娠経過に伴うFree T_3 の減少はアルブミン減少による見かけ上の現象で、実際には不変であるということが本法を用いて明かとなった。この様に本研究は臨床上有用な新しい臨床検査法を開発したものであり、学位論文として価値のあるものと認める。