

Title	血中揮発性成分マルチマーカープロファイリングシステムの開発
Author(s)	角田, 省二
Citation	
Issue Date	
Text Version	ETD
URL	https://doi.org/10.18910/52177
DOI	10.18910/52177
rights	
Note	

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/>

論文内容の要旨

氏 名 (角 田 省 二)

論文題名

血中揮発性成分マルチマーカープロファイリングシステムの開発

論文内容の要旨

本論文では高感度かつ網羅的な血中揮発性成分プロファイリングシステムの開発に取り組んだ。

第一章では緒論として、これまでの揮発性成分解析、その分析手法や問題点について記述した。血液には様々な揮発性成分が存在すると考えられるが、これまで特定の成分しか注目されていなかった。また、幅広い揮発性成分を分析できるシステムが必要であったが、既存法では揮発性成分ごとに異なる回収率や検出感度の問題があった。そこで本研究では、血中揮発性成分マルチマーカープロファイリングのための高感度かつ網羅的に解析可能なシステムの開発を試みた。

第二章では、*in vitro* 酸化処理脂質標準品から生成される揮発性成分プロファイリングについて報告した。血液に含まれる揮発性成分の生成源の一つに酸化脂質が注目されていた。しかし、血液中には多種多様な脂質が存在するため、どのような揮発性成分が生成されるのか不明であった。そこで *in vitro* 酸化処理脂質標準品を調製し、酸化脂質から生成される様々な揮発性成分の分析を行い、その情報をもとに血液試料分析を行った。分析の結果、*in vitro* 酸化処理脂質標準品から43化合物を検出し、アルデヒド類のみならずアルコール類などの揮発性成分が含まれていた。そしてマウス血しように適用した結果、血液中にも様々な揮発性成分が存在することが明らかとなった。各種酸化処理脂質や血液の解析により揮発性成分情報が拡充され、得られた揮発性成分情報は血中揮発性成分解析の際に必要な揮発性成分ライブラリーとして期待できた。

第三章では、ダイナミックヘッドスペース ガスクロマトグラフィー/質量分析を用いた血中揮発性成分プロファイリング技術の開発について報告した。ダイナミックヘッドスペース法は気相成分のパージにより揮発性成分を抽出する動的な手法であるが、抽出担体の破過容量やカラム導入におけるサンプルロスの課題があり、揮発性成分の多成分分析に基づく解析が困難だった。そこで本章では、抽出担体の検討や高圧注入法に着目した。その結果、高圧注入条件を360 kPa、2分間に設定し、抽出担体をTenax GRを用いることで、既存法では分析が困難だった成分を含むすべての揮発性成分を検出可能となった。バリデーションテストの結果、検出下限値はすべてngオーダーとなり、マウス血しよへの添加回収試験では平均RSD値は10%以下と良好な結果が得られた。構築したシステムを *in vitro* 酸化処理マウス血しように適用した結果、低濃度酸化剤処理における揮発性成分の変動を含む3種類のプロファイルを明らかにすることができた。また急性炎症および慢性炎症モデルのマウス血しよの揮発性成分プロファイリングにより、アルコール類やアルデヒド類が慢性炎症に比べて急性炎症で増加する傾向が明らかになり、血中揮発性成分マルチマーカープロファイリングが可能であることを示した。

第四章では、以上の研究成果と意義をまとめ、今後の展望について記述した。

論文審査の結果の要旨及び担当者

氏 名 (角 田 省 二)			
	(職)	氏 名	
論文審査担当者	主 査	教授	福崎 英一郎
	副 査	教授	村中 俊哉
	副 査	教授	藤山 和仁
	副 査	教授	紀ノ岡 正博
	副 査	教授	大竹 久夫
	副 査	教授	原島 俊
	副 査	教授	金谷 茂則
	副 査	教授	仁平 卓也

論文審査の結果の要旨

本論文は、高感度かつ網羅的な血中揮発性成分プロファイリングシステムの開発に取り組んでいる。

第一章では緒論として、これまでの揮発性成分解析、その分析手法や問題点について記述している。血液には様々な揮発性成分が存在すると考えられているが特定の成分しか注目されておらず、また、幅広い揮発性成分を分析できるシステムが求められるが、既存法では揮発性成分ごとに異なる回収率や検出感度の問題がある。本研究では、血中揮発性成分マルチマーカープロファイリングのための高感度かつ網羅的に解析可能なシステムの開発を試みている。

第二章では、*in vitro* 酸化処理脂質標準品から生成される揮発性成分プロファイリングについて報告している。血液に含まれる揮発性成分の生成源の一つに酸化脂質が注目されているが、血液中には多種多様な脂質が存在するため、どのような揮発性成分が生成されるのか不明である。そこで *in vitro* 酸化処理脂質標準品を調製し、酸化脂質から生成される様々な揮発性成分の分析を試み、*in vitro* 酸化処理脂質標準品から 43 化合物を検出し、アルデヒド類のみならずアルコール類などの揮発性成分が含まれている事を明らかにしている。得られた情報をマウス血しょうに適用し、血液にも様々な揮発性成分が存在することが明らかにしている。各種酸化処理脂質や血液の解析により揮発性成分情報を拡充しており、得られた揮発性成分情報は血中揮発性成分解析の際に必要な揮発性成分ライブラリーとして期待できる。

第三章では、ダイナミックヘッドスペース ガスクロマトグラフィー/質量分析を用いた血中揮発性成分プロファイリング技術の開発について報告している。ダイナミックヘッドスペース法は気相成分のパージにより揮発性成分を抽出する動的な手法であるが、抽出担体の破過容量やカラム導入におけるサンプルロスの問題があり、揮発性成分の多成分分析に基づく解析が困難である。本研究では抽出担体の検討や高圧注入法に着目し、高圧注入条件を 360 kPa、2 分間に設定し、抽出担体を Tenax GR を用いることで、既存法では分析が困難だった成分を含むすべての揮発性成分を検出可能となり、バリデーションテストの結果、検出下限値はすべて ng オーダーを示し、マウス血しょうへの添加回収試験では平均 RSD 値は 10%以下と良好な結果を得ている。構築したシステムを *in vitro* 酸化処理マウス血しょうに適用した結果、低濃度酸化剤処理における揮発性成分の変動を含む 3 種類のプロファイルを明らかにしており、また急性炎症および慢性炎症モデルのマウス血しょうの揮発性成分プロファイリングにより、アルコール類やアルデヒド類が慢性炎症に比べて急性炎症で増加する事を明らかにしている。

第四章では、以上の研究成果と意義をまとめ、今後の展望について記述している。

以上のように、本論文は高感度かつ網羅的な血中揮発性成分プロファイリングシステムの開発に取り組み、実サンプルを用いた検証も行っている。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。